

Appalto Specifico

**CAPITOLATO TECNICO DELL'APPALTO SPECIFICO INDETTO DALL'ASL CN1
PER LA FORNITURA DI AUSILI VARI PER DISABILI.**

INDICE

Appalto Specifico.....	1
1. Oggetto della fornitura e quantità	3
2. Tipologia degli ausili	3
3. Garanzia.....	8
4. Campionatura	8
5. Consegna ausili	8
6. Inadempimenti e penali:	9
7. Esecuzione del contratto e Consegne	10
8. PERIODO DI PROVA	10

1. OGGETTO DELLA FORNITURA E QUANTITÀ

Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto la fornitura di ausili vari per disabili, per le necessità dell'ASL CN1.

Gli ausili da acquistare dalle AA.SS.LL. nel periodo di vigenza contrattuale, oggetto di fornitura a somministrazione sono analiticamente indicati nel presente Capitolato.

Le quantità sono indicative per un periodo di 24 mesi e potranno essere modificate in aumento o in diminuzione, in relazione alle reali necessità.

2. TIPOLOGIA DEGLI AUSILI

Gli ausili dovranno essere nuovi di fabbrica, essere iscritti nel Repertorio dei Dispositivi Medici come previsto dal D.M. 20.02.2007 per garantire il rispetto di standard qualitativi adeguati, dovranno soddisfare i requisiti funzionali e tecnici indicati nel nomenclatore dell'assistenza protesica Allegato 5 al DPCM 12/01/2017 per il codice ISO di appartenenza e dovranno essere conformi alle direttive europee, alle norme vigenti e a quanto sotto specificato.

Per le caratteristiche minime dei prodotti oggetto del presente affidamento, di seguito elencati, si deve far riferimento, a quelle prescritte dall'allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017 per il nomenclatore di riferimento (COD. ISO) e in aggiunta, ove indicate, a quelle espressamente riportate alla voce "CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE"

LOTTO 1 - AUSILI PER EVACUAZIONE

CIG B704B0A045

Q.TA' 24 MESI	CODICE ISO	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE
40	09.12.03.003	Sedia a comoda senza ruote	
80	09.12.03.006	Sedia a comoda con ruote per doccia/water manovrabile dall'accompagnatore	
10	09.12.03.012	Sedia a comoda con ruote per doccia/water ad autospinta	
100	09.33.03.015	Sedile girevole per vasca da bagno	Portata minima >/= 120 kg Dotato di leva con funzione di fermo di sicurezza. Braccioli di contenimento.
4	09.33.03.012	Sedia basculante per doccia con ruote	
20	09.12.15.003	Rialzo rimovibile morbido per wc ad altezza fissa (cm 10 e cm 14)	

LOTTO 2 - AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE

CIG B704B0B118

Q.TA' 24 MESI	CODICE ISO	DESCRIZIONE
40 pz	12.03.06.003	Stampella antibrachiale, con puntale di appoggio regolabile inferiormente
10	12.03.16.003	Tripode
10	12.03.16.006	Quadripode
20	12.06.06.003	Deambulatore con due ruote (diametro minimo mm 60) e due puntali
30	12.06.06.006	Deambulatore con quattro ruote (diametro minimo 80 mm) da interni
500	12.06.09.003	Deambulatore a sedile con quattro ruote piroettanti (tipo rollator)
30	12.06.12.003	Girello per deambulazione eretta con appoggi antibrachiali e quattro ruote piroettanti
20	12.06.12.006	Girello per deambulazione con appoggi sotto-ascellari

LOTTO 3 - AUSILI PER IL SOLLEVAMENTO

CIG B704B0C1EB

Q.TA' 24 MESI	CODICE ISO	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE
60	12.36.03.006	Sollevatore mobile ad imbracatura, sollevamento elettrico, con imbracatura standard	Portata >/= 130 kg
80	12.36.21.006	Imbracatura ad anelli per l'intero corpo con supporto del capo (e divisione delle gambe)	
50	12.36.21.003	Imbracatura standard ad anelli (a capo libero)	
10	12.36.21.015	imbracatura a barella	
10	12.36.21.009	imbracatura a presa sottoascellare e fascia di sostegno per le gambe	

LOTTO 4 - AUSILI ANTIDECUBITO

CIG B704B0D2BE

Q.TA' 24 MESI	CODICE ISO	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE
1.500	04.33.03.003	Cuscino in fibra cava siliconata	Disponibilità di almeno 3 misure in larghezza-profondità

600	04.33.03.012	Cuscino composito con fluidi automodellanti (alta prevenzione)	Disponibilità di almeno 5 differenti misure in larghezza-profondità
300	04.33.03.015	Cuscino a bolle d'aria (o celle) con struttura a micro-intercambio (completo di pompa di gonfiaggio)(alta prevenzione)	Disponibilità di almeno 5 differenti misure in larghezza-profondità
200	04.33.03.018	Cuscino a bolle d'aria a settori differenziati (completo di pompa di gonfiaggio)(alta prevenzione)	Disponibilità di almeno 5 differenti misure in larghezza-profondità
1.000	04.33.06.006	Materasso ventilato in espanso composito	
150	04.33.06.009	Materasso in fibra cava siliconata	
800	04.33.06.015	Materasso a bolle d'aria con struttura a micro-intercambio (con compressore)	
100	04.33.06.015	Materasso ad aria (senza compressore)	
150	04.33.06.018	Materasso ad aria a bassa pressione di contatto, a pressione alternata a due o più vie (con pompa di gonfiaggio)	
250	04.33.06.018	Materasso ad aria a bassa pressione di contatto, a pressione alternata a due o più vie (senza pompa di gonfiaggio)	
200	04.33.06.036	Protezione in fibra cava siliconata per tallone (talloniera)	
140	04.33.06.039	Protezione in fibra cava siliconata per gomito (gomitiera)	

LOTTO 5 – LETTI

CIG B704B0E391

Q.TA' 24 MESI	CODICE ISO	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE
200	18.12.07.003	Letto articolato a due snodi (tre sezioni) e due manovelle, pieghevoli e rientranti, a regolazione manuale, senza ruote – Comprensivo di sponde e asta	dotato di predisposizione per asta solleva persone a destra e sinistra + asta (triangolo) – comprensivo di sponde
50	18.12.10.009	Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, con regolazione elettrica	dotato di predisposizione per asta solleva persone

		dell'altezza, dotato di ruote Comprensivo di sponde e asta	a destra e sinistra + asta (triangolo) – comprensivo di sponde
20	18.12.27.003	Sponda universale per letto, abbassabile, ribaltabile o asportabile	
150	18.12.91.006	Sponde per letto (di diversi materiali) del tipo abbassabile, pieghevole o asportabile, con sistema di ancoraggio	
50	18.12.91.003	Asta solleva-persona con base a terra	

LOTTO 6 - Aspiratore per laringectomizzati

CIG B704B0F464

Q.TA' 24 MESI	CODICE ISO	DESCRIZIONE
60	04.03.21.003	Aspiratore per disostruzione
60	04.03.21 TP	Tube paziente
120	04.03.21 Filtro	Filtro
60	04.03.21 Kit	Kit contenitore raccolta

LOTTO 7 - Apparecchiature di sollevamento

CIG B704B10537

Q.TA' 24 MESI	CODICE ISO	DESCRIZIONE
30	18.30.08.009	Montascale mobile a cingoli, per carrozzina
8	18.30.08.003	Montascale mobile a ruote, a sedile

LOTTO 8 – Carrozze a spinta con telaio rigido

CIG B704B1160A

Q.TA' 24 MESI	CODICE ISO	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE
100	12.22.18.006-1	Carrozze a spinta con telaio rigido - Ruote posteriori medie	Sedia Comoda con telaio rigido, schienale imbottito reclinabile, seduta imbottita senza foro e senza wc; materiale lavabile, sanificabile ed ignifugo, dotata di freni di stazionamento Due ruote posteriori fisse medie di diametro pari a 300 mm (con tolleranza di ± 50 mm), e due ruote anteriori piroettanti, piccole di diametro ≤ 200 mm. Appoggiagambe ribaltabile, estraibile e regolabile in altezza completo di poggia polpacci elevabili in altezza, ribaltabili lateralmente, imbottiti,

			<p>disinfettabile ed ignifugo.</p> <p>Pedane poggiapiedi separate regolabili in altezza, ribaltabili.</p> <p>Fiancate asportabili o ribaltabili, complete di proteggiabiti e con braccioli imbottiti comprensivi di attacchi per tavoli su entrambi i braccioli.</p> <p>Maniglie o maniglioni per movimentare carrozzina.</p> <p>Larghezza sedute: diponibilità di almeno quattro misure comprese nel Range da 39 cm a 53 cm.</p> <p>Portata non inferiore a KG 100,00</p>
500	12.22.18.006-2	Carrozine a spinta con telaio rigido con ruote posteriori grandi complete di corrimani di spinta per limitati spostamenti autonomi	<p>Sedia Comoda con telaio rigido, schienale imbottito reclinabile, seduta imbottita senza foro e senza wc; materiale lavabile, sanificabile ed ignifugo, dotata di freni di stazionamento.</p> <p>Due ruote posteriori fisse grandi di diametro maggiore o uguale a 500 mm. complete di corrimani di spinta e due ruote anteriori piroettanti, piccole di diametro ≤ 200 mm.</p> <p>Appoggiagambe ribaltabile, estraibile e regolabile in altezza completo di poggia polpacci elevabili in altezza, ribaltabili lateralmente, imbottiti, disinfettabile ed ignifugo.</p> <p>Pedane poggiapiedi separate regolabili in altezza, ribaltabili.</p> <p>Fiancate asportabili o ribaltabili, complete di proteggiabiti e con braccioli imbottiti comprensivi di attacchi per tavoli su entrambi i braccioli.</p> <p>Maniglie o maniglioni per movimentare la carrozzina.</p> <p>Larghezza sedute: diponibilità di almeno quattro misure comprese nel Range da 39 cm a 53.</p> <p>Portata non inferiore a KG 100,00</p>
700	12.22.91.715	Tavolino con incavo avvolgente compatibile con le carrozzine sopra descritte	

Tali requisiti si intendono **minimi e obbligatori**. I prodotti forniti dovranno possedere ogni certificazione, attestazione, marcatura di conformità a tutte le normative vigenti.

A ciascun prodotto dovrà essere allegato il manuale d'uso in lingua italiana. I dispositivi consegnati dovranno corrispondere esattamente a quelli offerti in fase di gara. Qualora, nel periodo di vigenza del contratto un articolo aggiudicato venga sostituito da altro più recente, sarà facoltà dell'A.S.L. accettare la fornitura del nuovo prodotto corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in gara.

Qualora per impedimenti oggettivi la Ditta aggiudicataria non potesse temporaneamente fornire i dispositivi offerti, l'eventuale marca e modello del dispositivo proposto in sostituzione dovrà essere comunicata e preventivamente autorizzata dalla Struttura competente di ciascuna A.S.L..

La valutazione sulla richiesta di sostituzione sarà ad insindacabile giudizio della A.S.L..

L'A.S.L. potrà richiedere all'aggiudicataria di fornire altre tipologie di prodotti che si adattino ad eventuali particolari esigenze dell'assistito, nonché altre tipologie di prodotti che verranno inseriti nel Nuovo Nomenclatore Tariffario. In tal caso, il prezzo per questo tipo di fornitura sarà da concordare di volta in volta durante il periodo contrattuale.

3. GARANZIA

Il Fornitore deve fornire, per i prodotti offerti, idonea garanzia di durata non inferiore a 24 mesi.

4. CAMPIONATURA

Al momento della presentazione dell'offerta non è richiesta campionatura. L'A.S.L. si riserva di richiedere campionatura qualora questo risulti necessario per una corretta verifica di corrispondenza degli ausili offerti alle caratteristiche minime richieste.

5. CONSEGNA AUSILI

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna degli ausili previo ordine da parte del Servizio preposto, secondo le modalità indicate dal Servizio stesso dell'Azienda Sanitaria.

Tempi di consegna: non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, se non specificato diversamente.

Luogo e orario di consegna: la consegna dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente franco Magazzino all'indirizzo indicato nell'ordine nelle quantità di volta in volta ordinate dal Responsabile del servizio preposto all'acquisto.

A parziale deroga dell'art. 1510 del codice civile il fornitore si impegna a garantire la consegna della merce al destinatario e pertanto non si libera dell'obbligo della consegna fino a quando la merce sarà consegnata all'Azienda Sanitaria.

Fino al momento della consegna presso tale magazzino, i beni oggetto di fornitura restano in proprietà della ditta fornitrice; qualora la ditta effettui consegne tramite terzi, sarà comunque ritenuta responsabile di eventuali errori nella consegna da parte di tali vettori.

Consegne effettuate al di fuori di orari o in luoghi diversi da quanto sopra indicato saranno respinte, e non potrà addebitarsi all'Azienda Sanitaria responsabilità alcuna per l'eventuale perdita o deperimento di merce.

In casi particolari, potrà essere richiesta la consegna direttamente al domicilio dell'assistito. La fornitura di tali ausili dovrà essere effettuata da un tecnico ortopedico in possesso del titolo abilitante. La Ditta aggiudicataria è tenuta a verificare, prima della consegna, la presenza al domicilio dell'Utente, al fine di evitare che non sia presente al momento del ricevimento della

merce. In tal caso, l'ufficio dell'A.S.L. preposto all'emissione dell'ordine dovrà acquisire dalla Ditta fornitrice il Modulo di "Nomina responsabile esterno".

Le consegne dovranno essere accompagnate da apposito documento fiscale (ddt e/o bolla di accompagnamento), descrittivo della merce.

Controlli in accettazione: Il controllo quantitativo delle merci sarà effettuato all'atto delle consegne. La quantità sarà esclusivamente quella accettata presso i magazzini dell'ASL. e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti dei requisiti qualitativi dei prodotti, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l'ASL che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presentano difetti e discordanze verranno tenuti a disposizione del Fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originario, ed il Fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo.

In ogni momento, a cura dei competenti servizi, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati alle specifiche tecniche dichiarate dalla Ditta.

Qualora le caratteristiche risultassero difformi da quelle offerte il Fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo.

L'ASL non assume comunque responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dal Fornitore.

Qualora le forniture o parte di esse, nei riguardi della loro confezione, scadenza e funzionalità, vengano dichiarate inaccettabili, l'aggiudicatario dovrà immediatamente ritirare quella quantità che non fosse ritenuta accettabile.

6. INADEMPIENTI E PENALI:

La vigilanza e il controllo sul rispetto delle previsioni del presente Capitolato saranno svolti dal DEC.

Irregolarità, inadempienze o ritardi nell'esecuzione del contratto saranno contestati al Fornitore per iscritto tramite PEC. Il Fornitore potrà far pervenire entro i successivi 10 giorni le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine oppure nel caso in cui le controdeduzioni vengano ritenute infondate e/o insufficienti, l'ASL potrà applicare le penali indicate di seguito.

INADEMPIENZE	PENALI
Ritardo nella consegna	20 euro per ciascun giorno di ritardo
Ritardo nel ritiro e sostituzione dei prodotti resi e/o contestati a seguito di esito negativo dell'attività di verifica	20 euro per ciascun giorno di ritardo
In tutti gli altri casi di disservizi contestati	Fino a € 1.000,00 commisurata la

rispetto alle prestazioni previste	gravità/entità dei disservizi e degli inadempimenti contrattuali a discrezione dell' Azienda Sanitaria
------------------------------------	--

- a. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda Sanitaria; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria che avrà richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
- b. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dell'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- c. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'A.S.L. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- d. E' fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di non attendere l'esecuzione delle forniture ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.
- e. L'Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero avvalersi della cauzione o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
- f. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

7. ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNE

Il Fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura oggetto del presente Capitolato Tecnico.

La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati.

8. PERIODO DI PROVA

I primi sei mesi, a partire della data della prima consegna dei prodotti affidati, saranno considerati di prova ai fini della verifica della rispondenza qualitativa degli stessi. Qualora nel

suddetto periodo dovessero emergere problematiche non risolvibili, dopo opportuni confronti e verifiche con la ditta affidataria, l'Azienda Sanitaria recederà dal contratto.

Il superamento del periodo di prova senza contestazioni/comunicazioni formali equivale alla conferma dell'affidamento, senza necessità di comunicazione alcuna o ulteriore provvedimento deliberativo.