

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SS ACQUISTI

328 del 16/02/2026

OGGETTO: FORNITURA DI SPAZZOLINI MONOUSO PER PULIZIA DEI CANALI DEGLI ENDOSCOPI PENTAX E OLYMPUS, PER UN PERIODO DI 36 MESI, PER LE NECESSITÀ DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELL'ASL CN1. AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRAMITE SINTEL ALLA DITTA AORTA S.R.L. – IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO PARI AD EURO 4.636,00 IVA COMPRESA - CIG BA5489DAC0.

IL RESPONSABILE SS ACQUISTI

Visto l'articolo 23.2 titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale 339 del 27/10/2023;

attestata la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuata l'Avv. Maura Acchiardi quale responsabile del procedimento;

richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'ASL CN1;

richiamata la deliberazione n. 47 del 29/01/2025 "Deleghe funzioni di gestione ai dirigenti aziendali. Revoca Allegato 1 del provvedimento n. 325 del 16/10/2023. Riattribuzione deleghe." – Allegato 1 Capo 1.4 N. 1;

Richiamato il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";

Richiamato il D.P.C.M. 11/07/2018 "Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 nr. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, nr. 89" e dato atto che i prodotti oggetto del presente provvedimento non rientrano nelle relative categorie merceologiche;

Rilevato che sono state consultate le convenzioni CONSIP e SCR PIEMONTE S.p.A., ai sensi dell'art. 1-4° comma del D.L. nr. 168 del 12/07/2004 - convertito in legge 30/07/2004 nr. 191 - ma che i prodotti di cui all'oggetto non rientrano, per tipologia, specifiche tecniche e caratteristiche richieste dagli utilizzatori, nei prodotti proposti in convenzione attiva;

Vista la nota agli atti, Prot. nr. 0127057 del 25/09/2025, con la quale la S.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri ha richiesto l'attivazione di una procedura per la fornitura di spazzolini monouso per pulizia dei canali degli endoscopi PENTAX e OLYMPUS, per le esigenze delle strutture sanitarie dell'ASL CN1, quantificandone i relativi fabbisogni ed individuando il Direttore dell'esecuzione del contratto;

Preso atto che, con medesima nota, la S.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri ha dichiarato che la richiesta formulata è improcrastinabile, in quanto la stessa è indispensabile per non interrompere l'attività sanitaria;

Richiamati gli artt. 50 comma 1, lett. b) e 17 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 s.m.i.;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale nr. 324 del 16/10/2023 “Art. 15 del Decreto Legislativo 36/2023. Acquisto di servizi e forniture. Modalità per l'individuazione del Responsabile Unico di Progetto e dei Responsabili di fase in base all'organizzazione aziendale”;

Preso atto che il Responsabile Unico del Progetto ai sensi del citato D.Lgs 36/2023 è la dott.ssa Barbara Quacchio, che sarà tenuta a comunicare tempestivamente eventuali cause ostative di cui sia a conoscenza ai sensi della vigente normativa anticorruzione;

Dato atto che, ai sensi del medesimo art. 15 del D.Lgs 36/2023, il Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento è l'Avv. Maura Acchiardi;

Preso atto che, con lettera Prot. nr. 0130789 del 03/10/2025, utilizzando il portale telematico di E-Procurement SINTEL (Aria S.p.A.), è stata pubblicata una Indagine di Mercato (ID nr. 207908392) finalizzata ad eventuale affidamento diretto della fornitura in oggetto, aperta a tutti gli operatori economici abilitati sulla piattaforma per la categoria merceologica di interesse;

Accertato che, entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 20/10/2025, sono pervenuti i preventivi di seguito riassunti:

VOCE	DITTA	IMPORTO PREVENTIVO
VOCE 1 - SPAZZOLINO CORTO PER LA PULIZIA DEI CANALI DEGLI ENDOSCOPI PENTAX E OLYMPUS	M.G. LORENZATTO S.R.L.	€ 19.200,00
	INNOVAMEDICA S.P.A.	€ 28.800,00
	AORTA S.R.L.	€ 15.600,00
	CANTEL MEDICAL (ITALY) S.R.L.	€ 17.700,00
	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. A SOCIO UNICO	€ 22.980,00
VOCE 2 - SPAZZOLINO LUNGO CON 2 SPAZZOLE, PER LA PULIZIA DEI CANALI DEGLI ENDOSCOPI PENTAX E OLYMPUS	M.G. LORENZATTO S.R.L.	€ 750,00
	INNOVAMEDICA S.P.A.	€ 960,00
	AORTA S.R.L.	€ 950,00
	CANTEL MEDICAL (ITALY) S.R.L.	€ 550,00
	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. A SOCIO UNICO	€ 766,00
VOCE 3 - SPAZZOLINO LUNGO CON 3 SPAZZOLE, PER LA PULIZIA DEI CANALI DEGLI ENDOSCOPI PENTAX E OLYMPUS	M.G. LORENZATTO S.R.L.	€ 3.600,00
	AORTA S.R.L.	€ 3.800,00

Preso atto che la lettera di indagine di mercato prevede, quale modalità di individuazione del miglior preventivo, la valutazione delle proposte pervenute, in esito ad esame della campionatura e tenuto conto dei criteri di valutazione indicati nella medesima lettera per ciascuna voce e *infra* riportati;

Vista la relazione, con nota del 21/01/2026, a firma dei Responsabili delle Strutture di Endoscopia Digestiva dei presidi ospedalieri dell'ASL CN1, agli atti della S.S. Acquisti, con la quale, a seguito di verifica della documentazione tecnica, della campionatura presentata e della valutazione da parte del personale utilizzatore, si evidenzia quanto segue:

Voce 1 - SPAZZOLINO CORTO PER LA PULIZIA DEI CANALI DEGLI ENDOSCOPI PENTAX E OLYMPUS		
DITTA	CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZI
M.G. LORENZATTO S.R.L.	Efficacia della pulizia	Non idoneo, in quanto non presenta il requisito richiesto: "tracciabilità con almeno 2 etichettature staccabili"; non presenta anche il requisito richiesto: "confezionato singolarmente"
	Scorrevolezza	
	Versatilità	
	confezionamento (apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number)	
	Economicità del prezzo offerto	
INNOVAMEDICA S.P.A.	Efficacia della pulizia	Non idoneo, in quanto ha offerto uno spazzolino lungo di lunghezza 1800/2300 mm, anziché uno spazzolino corto di "lunghezza 15,50 cm circa" come richiesto
	Scorrevolezza	
	Versatilità	
	confezionamento (apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number)	
	Economicità del prezzo offerto	
AORTA S.R.L.	Efficacia della pulizia	Non idoneo, in quanto la spazzola risulta rigida e di difficile introduzione nel canale biptico, inoltre per conformità del manico non arriva a fine corsa
	Scorrevolezza	
	Versatilità	
	confezionamento (apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number)	
	Economicità del prezzo offerto	
CANTEL MEDICAL (ITALY) S.R.L.	Efficacia della pulizia	Non idoneo, in quanto non presenta il requisito richiesto: "tracciabilità con almeno 2 etichettature staccabili"; inoltre il confezionamento risulta di difficile apertura
	Scorrevolezza	
	Versatilità	
	confezionamento (apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number)	
	Economicità del prezzo offerto	
WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. A SOCIO UNICO	Efficacia della pulizia	Non idoneo alla pulizia dei canali, in quanto la guaina in acciaio risulta troppo sottile e troppo flessibile
	Scorrevolezza	
	Versatilità	
	confezionamento (apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number)	
	Economicità del prezzo offerto	

Valutazione comparativa VOCE 1: si propone di non procedere all'affidamento della voce in oggetto, in quanto i dispositivi presentati da tutte le ditte offerenti non risultano rispondenti ai requisiti tecnici specifici richiesti.

Voce 2 - SPAZZOLINO LUNGO CON 2 SPAZZOLE, PER LA PULIZIA DEI CANALI DEGLI ENDOSCOPI PENTAX E OLYMPUS

DITTA	CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZI
M.G. LORENZATTO S.R.L.	Efficacia della pulizia	Non idoneo, in quanto le spazzole risultano di uguali dimensioni in entrambi gli estremi, anziché di "Ø 5 mm e lunghezza 20 mm e Ø 12 mm e lunghezza 45 mm"; non presenta anche il requisito richiesto: "tracciabilità con almeno 2 etichettature staccabili"
	Scorrevolezza	
	Versatilità	
	confezionamento (apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number)	
	Economicità del prezzo offerto	
INNOVAMEDICA S.P.A.	Efficacia della pulizia	Non idoneo, in quanto le spazzole risultano di uguali dimensioni in entrambi gli estremi, anziché di "Ø 5 mm e lunghezza 20 mm e Ø 12 mm e lunghezza 45 mm"; non presenta anche il requisito: "tracciabilità con almeno 2 etichettature staccabili"
	Scorrevolezza	
	Versatilità	
	confezionamento (apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number)	
	Economicità del prezzo offerto	
AORTA S.R.L.	Efficacia della pulizia	Non idoneo, in quanto le spazzole risultano di uguali dimensioni in entrambi gli estremi, anziché di "di Ø 5 mm e lunghezza 20 mm e Ø 12 mm e lunghezza 45 mm"
	Scorrevolezza	
	Versatilità	
	confezionamento (apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number)	
	Economicità del prezzo offerto	
CANTEL MEDICAL (ITALY) S.R.L.	Efficacia della pulizia	Non idoneo, in quanto la spazzola grande risulta di diametro 10 mm, anziché di "di Ø 12 mm" come richiesto
	Scorrevolezza	
	Versatilità	
	confezionamento (apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number)	
	Economicità del prezzo offerto	
WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L. A SOCIO UNICO	Efficacia della pulizia	Non idoneo, in quanto le spazzole risultano di uguali dimensioni in entrambi gli estremi, anziché di "di Ø 5 mm e lunghezza 20 mm e Ø 12 mm e lunghezza 45 mm"
	Scorrevolezza	
	Versatilità	
	confezionamento (apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number)	
	Economicità del prezzo offerto	

Valutazione comparativa VOCE 2: si propone di non procedere all'affidamento della voce in oggetto, in quanto i dispositivi presentati da tutte le ditte offerenti non risultano rispondenti ai requisiti tecnici specifici richiesti.

Voce 3 - SPAZZOLINO LUNGO CON 3 SPAZZOLE, PER LA PULIZIA DEI CANALI DEGLI ENDOSCOPI PENTAX E OLYMPUS		
DITTA	CRITERI DI VALUTAZIONE	GIUDIZI
M.G. LORENZATTO S.R.L.	Efficacia della pulizia	Non idoneo, in quanto non presenta il requisito richiesto: "tracciabilità con almeno 2 etichettature staccabili"
	Scorrevolezza	
	Versatilità	
	confezionamento (apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number)	
	Economicità del prezzo offerto	
AORTA S.R.L.	Efficacia della pulizia	Adeguate efficacia della pulizia
	Scorrevolezza	Adeguate scorrevolezza
	Versatilità	Versatilità non sufficientemente adeguata
	confezionamento (apertura della confezione "peel open", etichetta staccabile adesiva, presenza di serial number)	Adeguate confezionamento
	Economicità del prezzo offerto	Preventivo di importo minore rispetto a quello presunto
Valutazione comparativa VOCE 3: si propone l'affidamento alla ditta AORTA S.R.L. , in quanto l'unica ad aver presentato un dispositivo idoneo, pienamente rispondente alle esigenze delle strutture utilizzatrici e ad un prezzo congruo, in quanto inferiore a quello presunto.		

Tenuto conto che, in seguito a quanto specificato nella relazione di valutazione dei preventivi suindicata, è stata attivata una procedura di affidamento diretto tramite la piattaforma Sintel (ID 213326410/2026) con la Ditta AORTA S.R.L., finalizzata all'affidamento della fornitura dei prodotti di cui alla voce n. 3 e che la Ditta interpellata, entro il termine di scadenza fissata per il 05/02/2026, ha trasmesso riscontro confermando le quotazioni di cui al preventivo presentato in sede di Indagine di mercato;

Preso atto che la Ditta AORTA S.R.L. ha presentato attestazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale prevista per affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro;

Ritenuto pertanto, in seguito a quanto sopra specificato, di procedere all'affidamento della fornitura di spazzolini monouso per pulizia dei canali degli endoscopi PENTAX e OLYMPUS di cui alla voce n. 3, alla Ditta AORTA S.R.L. – Via E. Cialdini, nr. 37 – 20161 Milano (MI) – Partita IVA 09053360153, PEC: aorta@legalmail.it, per un periodo di 36 mesi, decorrenti dalla data del presente provvedimento, alle condizioni economiche di seguito riepilogate:

ID Sintel 1769699108988 – Offerta nr. 260005 del 30/01/2026								
Descrizione generica	Nome commerciale e descrizione e articoli:	Codice Prodotto Ditta	RDM	CND	Fabbisogno presunto per 36 mesi (A)	Prezzo unitario	PREZZO COMPLESSIVO PER LA VOCE 3 PER 36 MESI	IVA
Voce 3 - Spazzolini lungo con 3 spazzole, per la pulizia dei canali degli endoscopi Pentax e Olympus	Spazzolini per pulizia Endoscopi e Broncoscopi, monouso	MCBS-23-20-06-230	2499353	V070102	4.000	€ 0,95	€ 3.800,00	22 %

Preso atto che l'importo complessivo per la fornitura per 36 mesi risulta essere di **€ 3.800,00 IVA esclusa** (€ 4.636,00 IVA 22% inclusa);

Dato atto che la nota Prot nr. 0011101 del 26/01/2026, di cui alla procedura relativa all'affidamento in oggetto, prevede altresì le seguenti opzioni, che potranno essere esercitate con successivo provvedimento della competente Struttura:

Importo rinnovo contrattuale per un periodo di 36 mesi	€ 6.000,00
Opzioni per incremento fabbisogni e/o proroga di 6 mesi	€ 4.900,00
Importo economie derivanti da ribassi sull'importo presunto di spesa dell'indagine di mercato	€ 2.200,00

Precisato che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva alla ditta AORTA S.R.L. per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse;

Accertato che, in considerazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e della Deliberazione del Direttore Generale ASL CN1 n. 528/2013, inerente l'approvazione e introduzione nelle procedure di affidamento del patto di integrità, la ditta offerente ha sottoscritto ed allegato, all'offerta presentata, il predetto patto, agli atti della struttura competente;

Richiamate le deliberazioni del Direttore Generale:

- nr. 385 del 24/11/2025, avente ad oggetto: "Adozione per l'anno 2026 dei Budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell'ASL CN1";

- nr. 429 del 16/12/2025, avente ad oggetto: “Deliberazione nr. 385/2025 – programmazione annuale delle attività afferenti alla macro area di spesa “DAM” e prima assegnazione per le spese relative alle attività a rilevanza economica – anno 2026”;

Stabilito che le somme imputate ad anni successivi a quello in corso rientreranno nella programmazione della Macro Area afferente, nell'ambito delle disponibilità complessive assegnate al budget provvisorio degli esercizi futuri;

Rilevato che il presente atto viene adottato nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa, che comprende il controllo sulla legittimità della proposta ricevuta e del fine pubblico perseguito;

Acquisito a tal fine il parere favorevole del Responsabile della Macro Area titolare del budget (DAM) relativamente alla spesa oggetto del presente provvedimento;

Dato atto che il parere di registrabilità contabile viene apposto da parte della S.C. Bilancio e Contabilità in presenza della disponibilità di budget “conto servizio”, sufficiente alla registrazione delle spese del provvedimento;

Preso atto che le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) saranno svolte dal Dirigente Amministrativo della S.S. Esecuzione Controllo Contratti e Logistica (attualmente la dott.ssa Quacchio Barbara), che sarà tenuto a comunicare tempestivamente eventuali cause ostative di cui sia a conoscenza ai sensi della vigente normativa anticorruzione e a cui competerà lo svolgimento delle attività previste dal D.Lgs. nr. 36/2023, art. 114 e All. II.14, e dal DM 49/2018, inclusa l'attività di gestione del contratto anche dal punto di vista tecnico contabile (gestione su AMCO);

Dato atto che nella fattispecie non sono state rilevate situazioni di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e ai seguenti rapporti:

- Rapporti di lavoro/professionali/finanziari in corso o riferibili ai tre anni precedenti;
- Rapporti contrattuali/negoziati in corso o riferibili ai due anni precedenti;

D E T E R M I N A

Di provvedere all'affidamento della fornitura di spazzolini monouso per pulizia dei canali degli endoscopi PENTAX E OLYMPUS, nelle tipologie, quantità presunte e alle condizioni economiche dettagliatamente riportate in premessa, alla Ditta AORTA S.R.L. – Via E. Cialdini, nr. 37 – 20161 Milano (MI) – Partita IVA 09053360153, PEC: aorta@legalmail.it, CIG: BA5489DAC0, per un periodo di 36 mesi, decorrenti dalla data del presente provvedimento;

Di dare atto che il costo complessivo presunto derivante dal presente provvedimento di Euro 3.800,00 IVA esclusa (Euro 4.636,00 IVA inclusa) sarà imputato nel seguente modo:

Anno competenza	Nome del budget	Conto	Descrizione conto	Importo IVA esclusa	Importo IVA inclusa (22%)
2026	DAM/ACQ	C030164B	Acquisto dispositivi medici	€ 1.055,56	€ 1.287,78
2027	DAM/ACQ	C030164B	Acquisto dispositivi medici	€ 1.266,67	€ 1.545,34
2028	DAM/ACQ	C030164B	Acquisto dispositivi medici	€ 1.266,67	€ 1.545,34
2029	DAM/ACQ	C030164B	Acquisto dispositivi medici	€ 211,10	€ 257,54

Di prendere atto che le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) saranno svolte dal Dirigente Amministrativo della S.S. Esecuzione Controllo Contratti e Logistica (attualmente la dott.ssa Quacchio Barbara), che sarà tenuto a comunicare tempestivamente eventuali cause ostative di cui sia a conoscenza ai sensi della vigente normativa anticorruzione e a cui competerà lo svolgimento delle attività previste dal D.Lgs. nr. 36/2023, art. 114 e All. II.14, e dal DM 49/2018, inclusa l'attività di gestione del contratto anche dal punto di vista tecnico contabile (gestione su AMCO);

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico di Progetto, al Direttore dell'esecuzione del Contratto e alla S.C. Logistica e Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri – Coordinamento Ordini per gli adempimenti di competenza.

Proposta id n 303/2026 del 09/02/2026

Il Responsabile SS ACQUISTI
o suo sostituto
Avv. Acchiardi Maura

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.