

S.S. ACQUISTI

Responsabile: Avv. Maura ACCHIARDI

Telefono: 0171/450228

E-mail: acquisti@aslcn1.it

MA/Meg

Fascicolo nr. 1.6.3 2206/2026

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CATETERI, SONDE, CANNULE E SACCHE PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELL’ASL CN1, DELL’ASL CN 2 E DELL’A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO, SUDDIVISA IN LOTTI, PER UN PERIODO DI 36 MESI. **Risposta a richiesta di chiarimenti.**

Sono pervenute le seguenti richieste di chiarimenti:

a. Domanda:

in riferimento alla garanzia si chiede conferma rispetto all’ applicazione di tutte le riduzioni previste dall’Art. 106 c.8 del d.lgs 36/2023 e non solo quelle esplicitate nel disciplinare di gara:

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b, c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione. b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie: - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti; - verificabili telematicamente sul sito internet dell’emittente.

Risposta:

Per la garanzia provvisoria vengono applicate le riduzioni di cui all’art. 106 c. 8 del D.Lgs 36/2026 e s.m.i.

b. Domanda:

In merito alla cauzione provvisoria viene richiesta una polizza di durata 150 gg mentre di solito viene emessa di 180 gg, inoltre il periodo di impegno per il contraente deve essere di 270 gg a fronte di una polizza di 150 gg.

Si chiede se verrebbe accettata la polizza di 180 gg e di chiarire la durata dell’impegno

per il contraente.

Risposta:

Si precisa che, a causa di un refuso, è stata indicata una durata di 150 giorni anziché di 270 giorni, pertanto verranno accettate polizze emesse per un periodo superiore e verrà eventualmente richiesta un'integrazione per quelle emesse per un periodo di 150 giorni. Considerata la durata della procedura l'impegno per il contraente è di 270 giorni.

c. Domanda:

Spett.le Ente, con la presente per chiedervi se la fornitura richiesta è ad esclusivo uso dei presidi ospedalieri o anche per la gestione dei pazienti sul territorio.

Risposta:

La fornitura rientra nelle necessità delle strutture afferenti alle Farmacie ospedaliere.

d. Domanda:

con riferimento al lotto di gara 24 siamo con la presente a chiedere se possibile presentare solo sonde di lunghezza 120 cm o in alternativa sonde da 100 e 120cm.

Si segnala inoltre che la base asta del lotto in questione, che richiede sonde nasogastriche per adulti risulta essere più bassa rispetto a quella del lotto 25 che richiede sonde nasogastriche pediatriche.

Si richiede di modificare la base asta di quelle per adulti.

Risposta:

Si conferma quanto indicato, per il lotto in argomento, nell'Allegato A al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale: *"Lunghezza: almeno due misure nel range tra 110 cm e 135 cm."*

Si conferma inoltre la base d'asta indicata nel medesimo documento.

e. Domanda:

Con la presente si richiede se per il LOTTO 3 è possibile partecipare solo ad 1 dei 2 sub-lotti previsti.

Risposta:

Come indicato nel Disciplinare di Gara art. 3, per i lotti che contengono una pluralità di prodotti (composti da più voci, così come dettagliato nell'allegato A), non è ammessa offerta parziale; gli operatori economici dovranno obbligatoriamente presentare offerta per tutti i prodotti che compongono il lotto.

f. Domanda:

con la presente si chiede conferma che, per i lotti nn. 8 e 9, atteso che le specifiche tecniche dei prodotti risultano identiche e differiscono unicamente per la misura, sia

ammesso il campionamento di un'unica misura rappresentativa, individuata in quella di più comune impiego.

Risposta:

Come previsto nell'art. 7 del Capitolato Speciale, per ciascun lotto per il quale viene presentata offerta deve essere inviata la campionatura nelle quantità indicate nell'Allegato 8.

g. Domanda:

con la presente formuliamo le seguenti richieste di chiarimenti:

LOTTO 19.b si richiede un chiarimento in merito al lotto 19, voce b) "Sacca sterile di ricambio per set per diuresi oraria", così specificata nel capitolato tecnico: "Sacca di ricambio sterile, graduata ogni 100 ml, con capacità non inferiore a 1.500 ml, provvista di raccordo al rubinetto di scarico del contenitore rigido per la misurazione della diuresi oraria, e ad esso perfettamente compatibile; tale raccordo deve essere corredato di valvola di non ritorno." La quantità stimata per il periodo di 36 mesi risulta indicata in 3.150 unità. Tale valore appare notevolmente basso rispetto alle tipiche esigenze di un contesto ospedaliero o sanitario per un servizio di durata triennale, considerando l'utilizzo routinario di tali dispositivi per il monitoraggio della diuresi oraria. Si sospetta pertanto un possibile refuso o errore di trascrizione (ad es., mancanza di zeri, come 31.500 o 315.000 unità). Si chiede cortesemente di confermare se la quantità di 3.150 unità corrisponda al numero effettivo di sacche richieste, ovvero se si tratti di un refuso e, in caso affermativo, di indicare il valore corretto.

LOTTO 13: in merito al lotto 13 relativo alle "Sacche raccogli urina sterili da 2/2,5 litri" desideriamo richiedere ulteriori chiarimenti tecnici in ordine alle caratteristiche richieste e alla compatibilità con la macchina aspira diuresi indicata nel capitolato. In particolare, si chiede di:

- 1. specificare con maggiore dettaglio i requisiti funzionali e di compatibilità relativi all'utilizzo delle sacche con la macchina aspira diuresi (es. tipo di raccordo, diametro, lunghezza utile del tubo, presenza di connettori dedicati, requisiti di tenuta, pressione/ vuoto massimo, eventuali interlock o sensori che la macchina richiede sulle sacche);*
- 2. indicare il modello (o i modelli) della macchina aspira diuresi eventualmente in dotazione alle Aziende, con indicazione di marca, modello e eventuale documento tecnico di riferimento, onde consentire la corretta verifica di compatibilità con i prodotti in offerta;*
- 3. precisare se le sacche debbano essere conformi a specifiche certificazioni o norme tecniche legate all'uso in abbinamento a tale macchina (es. resistenti a determinati livelli di vuoto, compatibili con materiali di tipo specifico, dotate di particolari contrassegni di identificazione, ecc.). Tale informazione è ritenuta essenziale per garantire la corretta definizione del prodotto da proporre (in termini di materiale, configurazione del tubo, raccordo, punto di prelievo, valvola antireflusso e sistema di scarico) e per evitare successive contestazioni in fase di aggiudicazione o di esecuzione della fornitura.*

Risposta:

Lotto 19 voce b): si confermano i fabbisogni indicati nei documenti di gara.

Lotto 13: i modelli delle macchine aspira diuresi attualmente in uso sono i seguenti:

AO S Croce Carle Cuneo: Produttore M.A.S. modelli Drain-Star DS 1001 e Drain-Star 5 Evolution DS5W;

ASL CN2: Produttore M.A.S. modelli Drain Star 5 Evolution e Drain Star 4.

ASL CN1: Produttore M.A.S. modelli Drain Star DS 1001 e Drain Star 5 Evolution DS5W.

Per le restanti richieste, si rimanda a quanto indicato nei documenti di gara.

h. Domanda:

*Si avanza la seguente richiesta di chiarificazione per quanto riguarda il lotto 3:
Se è confermato il prezzo del sub lotto b) in quanto ci risulterebbe basso precludendoci la possibilità di parteciparvi.*

Risposta:

Si conferma la base d'asta indicata negli atti di gara.

i. Domanda:

*Richiesta di chiarimenti sulle modalità di compilazione dell'Allegato 9 "Offerta tecnica".
Spett.le Ente, Con la presente, si porta a cortese conoscenza della Spettabile Stazione Appaltante che, all'interno dell'Allegato 9 dell'offerta tecnica, non si rinviene una disamina di dettaglio atta a distinguere le specifiche voci costituenti i singoli lotti (a titolo esemplificativo: Lotto 8, voce a; Lotto 8, voce b). Tutto ciò premesso, si sollecita gentile conferma circa la possibilità, per lo scrivente Operatore Economico, di procedere alla duplicazione della tabella informativa ivi contenuta, al fine precipuo di dettagliare i codici offerti in corrispondenza della relativa voce di lotto. Qualora tale procedura non fosse ritenuta conforme, si richiede a codesta S.A. di voler fornire specifiche indicazioni sulle modalità di compilazione ritenute corrette.*

Risposta:

Si conferma la possibilità di duplicare l'Allegato 9 per i lotti che presentano più voci.

j. Domanda:

Relativamente al lotto n. 2 "cateteri vescicali con palloncino, in lattice siliconato... capacità del palloncino compresa tra 5 e 15 ml" chiediamo se è ammessa offerta di un catetere con palloncino da 30 ml.

Relativamente al lotto n. 20 "raccoglitori urina pediatrici" chiediamo se è consentito offrire raccoglitori con capacità 200 ml anziché 100 ml.

Risposta:

Si confermano le caratteristiche richieste (comprese misure e le eventuali tolleranze) indicate nell'Allegato A al Capitolato Speciale, Descrittivo e Prestazionale.

La Responsabile
Avv. Maura ACCHIARDI

(f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005)